

## 再生医療等製品不具合・感染症症例報告等の実施状況 (自家培養口腔粘膜上皮オキュラル)

再生医療等製品不具合・感染症症例報告は、医薬品医療機器等法（改正薬事法）により定められた製品の不具合及び副作用が疑われる症例を広く報告する制度です。よって、製品或いは関連する医療行為と報告対象との間に因果関係があると判断された上で行われているということの意味するものではありません。

【2024年5月15日更新】

重篤度	不具合・副作用名	症例数	発生件数
重篤	角膜上皮欠損	3 症例	3 件
重篤	瞼球癒着	1 症例	1 件
重篤	角膜混濁	1 症例	1 件
重篤	緑内障	1 症例	1 件
重篤	角膜穿孔	1 症例	2 件
重篤	潰瘍性角膜炎	1 症例	1 件
非重篤	角膜びらん	1 症例	1 件

(2024年5月1日現在)