

## Certification of analysis

Item code (品目コード) : 411112  
Item name (品目名) : EPI-MODEL 12-well size  
エピ・モデル 12ウェルタイプ  
Lot Number (ロット番号) : LCE12-260413-A

Test (検査項目)	Result (結果)	
Appearance (外観)	Pass (適合)	
MTT assay (MTT試験)	Pass (適合)	OD値 1.6

Certified by (試験検査責任者) :



【Contact information】  
Sales Department□  
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.  
6-209-1 Miyakitadori, Gamagori, Aichi 443-0022, Japan  
TEL: +81-533-66-2129  
FAX: +81-533-66-2018  
E-mail: jtec-info@jpte.co.jp

## Certification of analysis

Item code (品目コード) : 411124  
Item name (品目名) : EPI-MODEL 24-well size  
エピ・モデル 24ウェルタイプ  
Lot Number (ロット番号) : LCE24-260413-A

Test (検査項目)	Result (結果)
Appearance (外観)	Pass (適合)
MTT assay (MTT試験)	Pass (適合)      OD値 1.2

Certified by (試験検査責任者) :



【Contact information】  
Sales Department□  
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.  
6-209-1 Miyakitadori, Gamagori, Aichi 443-0022, Japan  
TEL: +81-533-66-2129  
FAX: +81-533-66-2018  
E-mail: jtec-info@jpte.co.jp

## Certification of analysis

Item code (品目コード) : 411124E6  
Item name (品目名) : EPI-MODEL 24-well size (6d cultured)  
エピ・モデル 24ウェルタイプ (エアリフト 6d)  
Lot Number (ロット番号) : LCE24-6D-260420-A

Test (検査項目)	Result (結果)
Appearance (外観)	Pass (適合)
MTT assay (MTT試験)	Pass (適合)      OD値 1.2

Certified by (試験検査責任者) :



【Contact information】  
Sales Department□  
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.  
6-209-1 Miyakitadori, Gamagori, Aichi 443-0022, Japan  
TEL: +81-533-66-2129  
FAX: +81-533-66-2018  
E-mail: jtec-info@jpte.co.jp